

(株)かずさクリーンシステムにおける放射能測定結果

1 測定試料

溶融飛灰

2 試料採取日

溶融飛灰 平成 30 年 11 月 14 日 (水) 9 : 10

3 測定日

溶融飛灰 平成 30 年 11 月 15 日 (木)

4 測定項目

放射性ヨウ素 (^{131}I)、放射性セシウム (^{134}Cs)、放射性セシウム (^{137}Cs)

5 測定方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

6 測定条件

- (1) 測定機器 検出器 : キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 GC-2018
解析 : キャンベラ社製 スペクトルエクスプローラー
- (2) 測定試料量 溶融飛灰 : 88.37 g
- (3) 測定時間 溶融飛灰 : 10,000 秒

7 測定者

株式会社 上総環境調査センター

8 検査結果

(単位 : ベクレル/キログラム)

試料	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム		
		134	137	合計
溶融飛灰 (養生コンベア)	検出せず	12	140	150

※「検出せず」とは、検出下限値を超えないことを意味します。

【検出下限値】

溶融飛灰 放射性ヨウ素 : 10Bq/kg 放射性セシウム 134 : 10Bq/kg 放射性セシウム 137 : 10Bq/kg

※ 分析結果は、JIS Z8401「数値の丸め方」規則 B に従い、有効数字 2 桁に丸める。また、最小表示桁は検出下限値の桁までとする。